



CRNA GORA

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Broj: UP. 0904-27/2025

ESJN: 79385

Podgorica, 20.02.2025.g.

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u vijeću sastavljenom na osnovu Odluke o sastavu vijeća broj 09-426/25-64/1 od 20.01.2025.g., na osnovu člana 192 stav 1 tačka 8 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 74/19, 03/23 i 11/23) i člana 126 st. 7 i 8 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), u postupku po žalbi "Urion" d.o.o. Podgorica od 27.01.2025.g., izjavljenoj protiv odluke Kliničkog centra Crne Gore broj 03/01-25682/5 od 16.01.2025.g. o izboru najpovoljnije ponude na sjednici održanoj dana 20.02.2025.g., donijela je

RJEŠENJE

1. Usvaja se žalba "Urion" d.o.o. Podgorica od 27.01.2025.g., pa se poništava odluka Kliničkog centra Crne Gore broj 03/01-25682/5 od 16.01.2025.g. o izboru najpovoljnije ponude i predmet vraća na ponovni postupak i odlučivanje.

2. Nalaže se Kliničkom centru Crne Gore da u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog rješenja otkloni nepravilnosti na koje mu je ukazano ovim rješenjem i o tome obavijesti Komisiju za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u roku od tri dana od dana otklanjanja nepravilnosti.

3. Sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje postupka u iznosu od 543,00 eura, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki vratiće "Urion" d.o.o. Podgorica, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja.

Obrazloženje

U postupku po tenderskoj dokumentaciji broj 85/24 od 23.09.2024.g. za otvoreni postupak javne nabavke robe, nabavka sistema za snimanje i mjerenje hemodinamike za postojeći angiografski aparat Alphenix Core+, proizvođača Canon Medical Systems, Klinički centar Crne Gore je, kao naručilac, donio odluku broj 03/01-25682/5 od 16.01.2025.g. o izboru najpovoljnije ponude, kojom je kao najpovoljnija izabrana ponuda ponuđača "Farmalab" d.o.o. Podgorica, zatim ponuda ponuđača "Urion" d.o.o. Podgorica, ocijenjena kao ispravna i vrednovana kao drugorangirana, dok je ponuda ponuđača "PDG Professional Development Group" d.o.o. Podgorica odbijena kao neispravna.

Ponudač "Urion" d.o.o. Podgorica je, dana 27.01.2025.g. putem ESJN izjavio Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Komisija za zaštitu prava) žalbu protiv navedene odluke naručioca zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene materijalnog prava i bitne povrede pravila postupka. Žalilac u žalbi, u bitnom, ističe da je naručilac ponudu ponuđača "Farmalab" d.o.o. Podgorica ocijenio kao ispravnu i najpovoljniju, iako je ista neispravna jer navedeni ponuđač nije ispunio uslov zahtijevan tehničkom specifikacijom predmetne nabavke. Naime, ističe da je ponuđač "Farmalab" d.o.o. Podgorica u svojoj ponudi dostavio dokaz "Katalog final" u kojem je obilježen tekst: "Clinical Options: • Integrated Philips iFR/FFR", čime nije dokazao da je ponuđeni hemodinamski sistem integrisan sa angiografskim sistemom Alphenix Core+ proizvođača Canon Medical System, te dostavio dvije izjave proizvođača Philips Medical Systems Nederland B.V, od 4. oktobra 2024.g. i od 24. decembra 2024.g, koje su po sadržini opisa ispunjenosti zahtjeva 1.14. tehničke specifikacije predmeta nabavke identične, u kojima je navedeno: "Philips Interventional Hemodynamic system u ponuđenoj konfiguraciji je u potpunosti integrisan sa IntelliVue Multi-Measurement Module X3, koji ima ekran osjetljiv na dodir i montira se na sto pacijenta", te dalje da "Philips Interventional Hemodynamic system ima sljedeće funkcionalnosti: Sample, Gradient, EDP, Pullback, ECG, NiBP, Marker, Vital, zero, timer, CO, Sweep, Labels, Scale, Channels.", ali smatra da uređaj pod nazivom "IntelliVue Multi-Measurement Module X3" nije angiografski uređaj, niti sastavni dio uređaja Aplhenix Core+ za koji je naručilac tehničkom specifikacijom zahtijevao integraciju. Dalje ističe, da su navedene izjave proizvođača o ispunjenosti uslova zahtijevanih tehničkom specifikacijom, izdate od jednog od proizvođača ponuđenih uređaja i to Philips Medical Systems Nederland B.V. dok je u finansijskom dijelu naveden još jedan proizvođač, koji se naziva Philips Medizine Systeme Boblingen GmbH, od kojeg nije dostavljena izjava, koja je u konkretnom slučaju morala biti dostavljena, te da je osim navedenog, važno napomenuti i da "IntelliVue Multi-Measurement Module X3" predstavlja jedan običan kompaktan, transportni monitor, kako je opisano na zvaničnoj internet stranici proizvođača, te da tim monitorom čak nije ni moguće koristiti funkcije, koje su zahtijevane u tehničkoj specifikaciji pod stavkom 1.14. Takođe ističe da je naručilac zahtijevao od ponuđača "Farmalab" d.o.o. Podgorica da se izjasni da li je hemodinamski sistem koji je ponudio, moguće u potpunosti integrisati sa angiografskim uređajem Alphenix Core +, na koji je isti odgovorio da je njihov hemodinamički sistem moguće u potpunosti integrisati sa postojećim angiografskim sistemom proizvođača Canon". Međutim, u dokumentima koje je izdao proizvođač Philips, to nigdje nije eksplicitno navedeno, te u prilog navedenoj tvrdnji dostavio izjavu samog proizvođača Canon Medical Systems u kojoj je navedeno da Philips Hemodynamic Interventional System nije moguće u potpunosti integrisati sa angiografskim uređajem Alphenix Core +. U konačnom, predlaže da Komisija za zaštitu prava usvoji žalbu i poništi pobijanu odluku, te naloži naručiocu da u ponovnom postupku ukloni učinjene nepravilnosti.

Naručilac je dana 30.01.2025.g., putem ESJN, dostavio Komisiji za zaštitu prava spise predmeta sa odgovorom na žalbu, u kojem u bitnom ističe da je žalba neosnovana.

Komisija za zaštitu prava je razmotrila žalbu, odgovor na žalbu, pobijanu odluku, kao i ostale spise predmeta, i utvrdila da je žalba osnovana iz sljedećih razloga:

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju predmeta nabavke kojom je u rubrici "Opis predmeta nabavke" predvidio: "Sistem za snimanje i mjerenje hemodinamike za postojeći angiografski aparat Alphenix Core+, proizvođača Canon Medical Systems", te u rubrici "Bitne karakteristike predmeta nabavke" predvidio: "1.1 Površinski EKG sa minimalno 12 kanala 1.2 Minimalno 2 kanala invazivnog mjerenja pritiska 1.3 Minimalno 1 kanal neinvazivnog mjerenja pritiska 1.4 Saturacija kiseonikom 1.5 Respiratorni monitoring 1.6 Pracenje temperature površine tijela 1.7 Izbor kanala koji se prikazuje na ekranu, njihovog rasporeda i boje 1.8 Cardiac output ili minutni volumen srca (Fickovom metodom) 1.9 Set standardnih evropskih EKG kablova, komplet EKG kablova za 12-kanalni monitoring, min. 2 manzette različite veličine za mjerenje neinvazivnog krvnog pritiska 1.10 Mogućnost konfigurisanja novih podešavanja i parametara (npr. Definisanje novih studija, alarma i sl.) 1.11 Snimanje i cuvanje podataka za analizu 1.12 Mogućnost prikaza video izvora na monitoru u sali 1.13 Konfigurisana podešavanja za sve standardne procedure 1.14 Hemodinamski sistem u potpunosti integrisan sa postojećim angiografskim sistemom Alphenix Core+ proizvođača Canon Medical System, što podrazumijeva da omogućava korišćenje različitih funkcija putem ekrana osjetljivog na dodir koji je instaliran na pacijent stolu, uključujući funkcije kao što su Sample, Gradient, EDP, Pullback, ECG, NiBP, Marker, Vital, Zero, Timer, CO, FFR, Sweep, Labels i Scale, Channels 1.15 Racunarski sistem ili u skladu sa preporukama proizvođača ponuđenog hemodinamskog sistema. 1.16 Flat LCD monitor dijagonale najmanje 24 inča, rezolucije 1280x1024, min 1 komad 1.17 Mis, tastatura, UPS." Takođe, naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, kao „drugi uslov“ predvidio: "Ponudac je obavezan da prilikom pripremanja Finansijskog dijela ponude za proizvode koji se nude navede zaštićeni naziv proizvoda, proizvođača i kataloški broj proizvoda.", zatim, takođe kao "drugi uslov" predvidio: "Ponudac je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog, brošuru, uputstvo za upotrebu, koji je izdat od proizvođača, i koji sadrži kataloški broj ponuđenog proizvoda i tehničke karakteristike u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. Ukoliko u dokazu o tehničkim karakteristikama ne postoji neka tehnička karakteristika, ponudac kao dokaz ispunjenosti takvih karakteristika dostavlja izjavu proizvođača o njihovoj ispunjenosti. U izjavi proizvođača te karakteristike moraju biti jasno i nedvosmisleno navedene i označene u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. U slučaju da se u izjavi proizvođača navodi i ona karakteristika, koja je već sadržana u tehničkoj dokumentaciji proizvođača, kao prihvatljivi odgovor ponuđača će se uzeti opis te karakteristike kako stoji u tehničkoj dokumentaciji."

Ponudac "Farmalab" d.o.o. Podgorica je u finansijskom dijelu ponude naveo: "1.1 Površinski EKG sa 12 kanala 1.2 2 kanala invazivnog mjerenja pritiska 1.3 1 kanal neinvazivnog mjerenja pritiska 1.4 Saturacija kiseonikom 1.5 Respiratorni monitoring 1.6 Pracenje temperature površine tijela 1.7 Izbor kanala koji se prikazuje na ekranu, njihovog rasporeda i boje 1.8 Cardiac output

(Fickovom metodom) 1.9 Set standardnih evropskih EKG kablova, komplet EKG kablova za 12-kanalni monitoring, 2 manzete razlicite velicine za mjerenje neinvazivnog krvnog pritiska 1.10 Posjeduje mogucnost konfigurisanja novih podesavanja i parametara (npr. Definisanje novih studija, alarma i sl.) 1.11 Snimanje i cuvanje podataka za analizu 1.12 Posjeduje mogucnost prikaza video izvora na monitoru u sali 1.13 Konfigurisana podesavanja za sve standardne procedure 1.14 Hemodinamski sistem u potpunosti integrisan sa postojećim angiografskim sistemom Alphenix Core+ proizvođača Canon Medical System, što podrazumijeva da omogućava korišćenje različitih funkcija putem ekrana osjetljivog na dodir koji je instaliran na pacijent stolu, uključujući funkcije kao što su Sample, Gradient, EDP, Pullback, ECG, NiBP, Marker, Vital, Zero, Timer, CO, FFR, Sweep, Labels i Scale, Channels 1.15 Racunarski sistem 1.16 Flat LCD monitor dijagonale 24 inča, rezolucije 1920x1080, 1 komad 1.17 Mis, tastatura, UPS Zaštićeni naziv: Xper Information Management System Proizvođač: Philips Medical Systems Nederland B.V. Kataloški broj: 830230 Zaštićeni naziv: Philips Hemodynamic Application Proizvođač: Philips Medical Systems Nederland B.V. Kataloški broj: 002010 Zaštićeni naziv: IntelliVue Multi-Measurement Module X3 Proizvođač: Philips Medizin Systeme Boblingen GmbH Kataloški broj: 867030 Zaštićeni naziv: IntelliVue Hemodynamic Extension Proizvođač: Philips Medizin Systeme Boblingen GmbH Kataloški broj: 867039 Zaštićeni naziv: IntelliVue Dock Proizvođač: Philips Medizin Systeme Boblingen GmbH Kataloški broj: 867043“, i uz ponudu dostavio katalog na engleskom jeziku, za hemodinamički sistem sa IntelliVue X3, proizvođača „Philips“ u kojem je pod tačkom 1.14 navedena sljedeća tehnička karakteristika: „Clinical options: Integrated Philips Ifr/ffr; Integrated i FFR (compatible with Abbot)“, te dostavio dokument o tehničkim karakteristikama naziva „Philips technical statement“, izdat dana 04.10.2024.g., od proizvođača „Philips“, sačinjen na engleskom jeziku, u kojem je pod tačkom 1.14 navedena tehnička karakteristika da je Interventni hemodinamički sistem Philips, potpuno integrisan sa IntelliVue Multi-Measurement Module X3 koji ima ekran osjetljiv na dodir i montira se na sto pacijenta, i da Interventni hemodinamički sistem Philips ima sljedeće funkcionalnosti: Uzorak, Gradijent, EDP, Povlačenje, EKG, NIBP, Marker, Vital, nula, tajmer, CO, mogućnost za FFR, Sweep, Labels, Scale, Kanali.

Naručilac se dana 16.12.2024.g. kroz odjeljak „Komunikacija u ponudi“, obratio ponuđaču „Farmalab“ d.o.o. Podgorica, sa zahtjevom da u roku od 8 (osam) dana od dana prijema ovog zahtjeva za pojašnjenje ponude, dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama u kojem je jasno označeno da je ponuđeni Hemodinamski sistem u potpunosti integrisan sa postojećim angiografskim sistemom Alphenix Core+ proizvođača Canon Medical System, što podrazumijeva da omogućava korišćenje različitih funkcija putem ekrana osjetljivog na dodir koji je instaliran na pacijent stolu, uključujući funkcije kao što su Sample, Gradient. EDP, Pullback, ECG, NiBP, Marker, Vital, Zero, Timer, CO, FFR, Sweep, Labels i Scale, Channels.

Povodom navedenog zahtjeva naručioca od 16.12.2024.g., ponuđač „Farmalab“ d.o.o. Podgorica je dana 25.12.2024.g. dostavio naručiocu putem ESJN, kroz odjeljak „Pojašnjenje ponude“, odgovor na zahtjev za pojašnjenje ponude, u kojem je između ostalog navedeno: „, Philips hemodinamski sistem posjeduje sve funkcionalnosti u smislu mjerenja koja je zahtijevao Naručilac.

Takođe, sastavni dio ovog hemodinamskog sistema je IntelliVue Multi- Measurement Module X3 koji ima ekran osjetljiv na dodir i koji se montira na pacijent sto. Uvidom u javno dostupne slike postojeće angiosale na internet stranici KCCG ([https:// v\ \v\ .kccg.me. vijesti u- kccg-pustena-u-rad-nova-anmo-sala-za-dijagnostiku-i-lijecenje-kadriovaskularnih-stania/](https://v\ \v\ .kccg.me. vijesti u- kccg-pustena-u-rad-nova-anmo-sala-za-dijagnostiku-i-lijecenje-kadriovaskularnih-stania/)) vidi se da postojeći sistem Alphenix Core + nema ekran osjetljiv na dodir montiran na stolu, niti ima četvrti ekran montiran na platonskom nosaču koji služi za prikaz hemodinamike, a specifikacijom se traži ta mogućnost (1.12 Mogućnost prikaza video izvora na monitoru u Sali). Prema dostupnim podacima sa tržišta, ekran osjetljiv na dodir koji se montira na sto, Canon aparatima prvenstveno služi za upravljanje angiografom, a ne sistemom hemodinamike, ali postojeća sala nema taj ekran na stolu. Pa iz trenutnog stanja zaključujemo daje nemoguće da tražite integraciju sa postojećim ekranom osjetljivim na dodir, jer isti ne postoji, niti je tražen kao nadogradnja sistema Alphenix Core + kroz ovu nabavku. Naš sistem je moguće u potpunosti integrisati sa postojećim angiografskim sistemom proizvođača Canon, jer nudimo kompletno rješenje gdje se IntelliVue X3 montira na postojeći sto i može se upravljati traženim funkcijama.”, te dostavio dokument ”Philips technical statement” izdat dana 04.10.2024.g., i dokument ”Philips technical statement 2”, izdat dana 24.12.2024.g., od proizvođača ”Philips”, sačinjene na engleskom jeziku, u kojima je pod tačkom 1.14 navedena tehnička karakteristika da je Interventni hemodinamički sistem Philips, potpuno integrisan sa IntelliVue Multi-Measurement Module X3 koji ima ekran osjetljiv na dodir i montira se na sto pacijenta, i da Interventni hemodinamički sistem Philips ima sljedeće funkcionalnosti: Uzorak, Gradijent, EDP, Povlačenje, EKG, NIBP, Marker, Vital, nula, tajmer, CO, mogućnost za FFR, Sweep, Labels, Scale, Kanali.

Takođe, Naručilac se dana 03.01.2025.g. kroz odjeljak ”Komunikacija u ponudi”, obratio ponuđaču ”Farmalab” d.o.o. Podgorica, sa zahtjevom za pojašnjenje ponude broj #115855 u postupku #79385, u kojem je između ostalog navedeno sljedeće: ”Naručilac zahtijeva Hemodinamski sistem u potpunosti integrisan sa postojećim angiografskim sistemom Alphenix Core+ proizvođača Canon Medical System, što podrazumijeva da omogućava korišćenje različitih funkcija putem ekrana osjetljivog na dodir koji je instaliran na pacijent stolu, koji postoji kod Naručioca, proizvođača Alphenix, oznake QMAPP. Kao što i sama karakteristika kaže koji je instaliran na pacijent stolu, Naručilac posjeduje ekran proizvođača Alphenix, oznake QMAPP, koji je instaliran na pacijent stolu, te s tog i tražimo da navedena hemodinamika bude kompatibilna sa postojećim ekranom koji je instaliran na pacijent stolu. Molimo Vas da nam u roku od 8 (osam) dana od dana prijema ovog zahtjeva dostavite dokaz o tehničkim karakteristikama u kojem je jasno označeno da je ponuđeni Hemodinamski sistem u potpunosti integrisan sa postojećim angiografskim sistemom Alphenix Core+ proizvođača Canon Medical System, što podrazumijeva da omogućava korišćenje različitih funkcija putem ekrana osjetljivog na dodir koji je INSTALIRAN na pacijent stolu, uključujući funkcije kao što su Sample, Gradient, EDP, Pullback, ECG, NiBP, Marker, Vital, Zero, Timer, CO, FFR, Sweep, Labels i Scale, Channels.”

Povodom navedenog zahtjeva naručioca od 03.01.2025.g., ponuđač „Farmalab“ d.o.o. Podgorica je dana 13.01.2025.g. dostavio naručiocu putem ESJN, kroz odjeljak ”Pojašnjenje

ponude”, odgovor na zahtjev za pojašnjenje ponude, u kojem je između ostalog navedeno: „Kao opis predmeta nabavke navedeno je "Sistem za snimanje i mjerenje hemodinamike za postojeći angiografski aparat Alphenix Core+, proizvođača Canon Medical Systems", iz čega se jasno vidi daje naziv angiografa Alphenix Core+, a naziv proizvođača Canon Medical Systems. Do sada u specifikaciji niste predvidjeli QMAPP, a isti nije naziv za ekran osjetljiv na dodir, niti je njegov proizvođač Alphenix. QMAPP je zaštićeni naziv sistema za hemodinamiku, proizvođača Fysicon B.V., i on predstavlja nezavisno medicinsko sredstvo, odvojeno od angiografskog aparata Alphenix Core+ proizvođača Canon Medical Systems. Ukoliko je neko ponudio QMAPP, onda se u njegovoj ponudi nalaze podaci (zaštićeni naziv, naziv proizvođača i dokumenti) koji potvrđuju ove tvrdnje. Ovaj proizvod se može koristiti i sa drugim angiografima, ili čak C lukom, pa se tako nalazi i u ponudi proizvođača C lukova - Ziehm Imaging. Dakle, nije tačna tvrdnja da je oznaka ekrana osjetljivog na dodir "QMAPP", a naročito ne da je proizvođač "Alphenix". Sam QMAPP nema svoj ekran osjetljiv na dodir, već se on može povezati sa ekranom osjetljivim na dodir koji opciono može biti sastavni dio Alphenix Core + systema (ali ga aparat instaliran u KCCG ne posjeduje). Ovo se može vidjeti na internet stranici <http://www.fysicon.com/en/qmapp/> , a isto možete provjeriti u dokumentima ukoliko je neko ponudio „QMAPP”. Ukoliko Naručilac posjeduje „QMAPP”, kao što navodite u Zahtjevu, to znači da već posjedujete sistem za hemodinamiku te da kupujete još jedan. Do sada smo više puta dostavili dokaz da hemodinamski sistem koji nudimo ima IntelliVue X3 koji se installira na pacijent sto, a isti ima svoj ekran osjetljiv na dodir. Takođe u dostavljenim dokazima se može vidjeti da hemodinamski sistem omogućava funkcije kao što su Sample, Gradient, EDP, Pullback, ECG, NiBP, Marker, Vital, Zero, Timer, CO, FFR, Sweep, Labels i Scale, Channels.”

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke, u odnosu na ponudu ponuđača "Farmalab" d.o.o. Podgorica, između ostalog naveo sljedeće: "Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude, u skladu sa Pozivim za nadmetanje, za svaki proizvod koji nudi naveo zaštićeni naziv proizvoda, proizvođača i kataloški broj proizvoda i to: „1.1 Površinski EKG sa 12 kanala 1.2 2 kanala invanzivnog mjerenja pritiska 1.3 1 kanal neinvazivnog mjerenja pritiska 1.4 Saturacija kiseonikom 1.5 Respiratorni monitoring 1.6 Praćenje temperature površine tijela 1.7 Izbor kanala koji se prikazuje na ekranu, njihovog rasporeda i boje 1.8 Cardiac output (Fickovom metodom) 1.9 Set standardnih evropskih EKG kablova, komplet EKG kablova za 12-kanalni monitoring, 2 manzette različite veličine za mjerenje neinvazivnog krvnog pritiska 1.10 Posjeduje mogućnost konfigurisanja novih podešavanja i parametara (npr. Definisane novih studija, alarma i si.) 1.11 Snimanje i čuvanje podataka za analizu 1.12 Posjeduje mogućnost prikaza video izvora na monitoru u sali 1.13 Konfigurisana podešavanja za sve standardne procedure 1.14 Hemodinamski sistem u potpunosti integrisan sa postojećim angiografskim sistemom Alphenix Core+ proizvođača Canon Medical System, što podrazumijeva da omogućava korišćenje različitih funkcija putem ekrana osjetljivog na dodir koji je instaliran na pacijent stolu, uključujući funkcije kao što su Sample, Gradient, EDP, Pullback, ECG, NiBP, Marker, Vital, Zero, Timer, CO, FFR, Sweep, Labels i Scale, Channels 1.15 Računarski sistem 1.16 Flat LCD monitor dijagonale 24 inča, rezolucije 1920x1080, 1 komad 1.17 Mis, tastatura, UPS Zaštićeni naziv: Xper Information Management System Proizvođač: Philips

Medical Systems Nederland B.V. Kataloški broj: 830230 Zaštićeni naziv: Philips Hemodynamic Application Proizvođač: Philips Medical Systems Nederland B.V. Kataloški broj: 002010 Zaštićeni naziv: IntelliVue Multi-Measurement Module X3 Proizvođač: Philips Medizin Systeme Boblingen GmbH Kataloški broj: 867030 Zaštićeni naziv: IntelliVue Hemodynamic Extension Proizvođač: Philips Medizin Systeme Boblingen GmbH Kataloški broj: 867039 Zaštićeni naziv: IntelliVue Dock Proizvođač: Philips Medizin Systeme Boblingen GmbH Kataloški broj: 867043.” Naručilac se dana 16.12.2024. godine i dana 03.01.2025. godine, putem portal CEJN, obratio ponuđaču sa Zahtjevima za pojašnjenje ponude dostavljene u predmetnom postupku. Ponuđač je u zakonom predviđenom roku dostavio putem portal CEJN, pojašnjenje/dopunu ponude.... Ponuđač je, u skladu sa uslovom iz Poziva za nadmetanje, dostavio dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda u kojem su jasno označene tehničke karakteristike ponuđenih proizvoda - Katalog final.pdf, Philips Technical Statement.pdf, kao i rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava sa jasno označenim proizvodima i pozicijama na koje se dokument odnosi.”

Dakle, iz ovako utvrđenog činjeničnog stanja jasno prozilazi da je ponuđač ”Farmalab” d.o.o. Podgorica u finansijskom dijelu svoje ponude naveo da nudi hemodinamski sistem u potpunosti integrisan sa postojećim angiografskim sistemom Alphenix Core+ proizvođača Canon Medical System, što podrazumijeva da omogućava korišćenje različitih funkcija putem ekrana osjetljivog na dodir koji je instaliran na pacijent stolu, uključujući funkcije kao što su Sample, Gradient, EDP, Pullback, ECG, NiBP, Marker, Vital, Zero, Timer, CO, FFR, Sweep, Labels i Scale, Channels, i uz ponudu dostavio katalog za hemodinamički sistem sa IntelliVue X3, proizvođača „Philips“ u kojem je navedena tehnička karakteristika: „Clinical options: Integrated Philips Ifr/ffr; Integrated FFR (compatible with Abbot)“, i dokumente „Philips Technical Statement“ u kojima je navedeno da proizvođač ”Philips” potvrđuje da je Interventni hemodinamički sistem Philips, potpuno integrisan sa IntelliVue Multi-Measurement Module X3 koji ima ekran osjetljiv na dodir i montira se na sto pacijenta, te na zahtjev naručioca za pojašnjenje ponude, navedeni ponuđač potvrdio da ponuđeni hemodinamski sistem posjeduje zahtijevane karakteristike. Međutim, iz navedenih dokaza se ne može zaključiti da li ponuđeni hemodinamski sistem može u potpunosti da se integriše sa postojećim angiografskim sistemom Alphenix Core+ proizvođača Canon Medical System, što podrazumijeva da omogućava korišćenje različitih funkcija putem ekrana osjetljivog na dodir koji je instaliran na pacijent stolu.

Naime, iz navedenog proizilazi da je naručilac bio dužan da zahtijeva od proizvođača angiografskog sistema Alphenix Core+ ”Canon Medical System”, kao i od proizvođača hemodinamičkog sistema „Philips“ da dostave dokaze, iz kojih bi na nesumnjiv način utvrdio da li ponuđeni hemodinamski sistem može u potpunosti da se integriše sa postojećim angiografskim sistemom, Alphenix Core+ proizvođača Canon Medical System, kao i da li hemodinamski sistem koji je ponuđač ”Farmalab” d.o.o. Podgorica naveo u finansijskom dijelu ponude, posjeduje tehničke karakteristike iz tačke 1.14 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, pa da tek nakon toga odluči o ispravnosti ponude ovog ponuđača.

Shodno navedenom, Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac pobijanom odlukom nepotpuno i nepravilno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponude ponuđača „Farmalab“ d.o.o. Podgorica u naznačenom dijelu, zbog čega je pobijana odluka nezakonita, jer nije u skladu sa članom 143 stav 3 ZJN, te je treba poništiti i predmet vratiti na ponovni postupak i odlučivanje osnovom člana 192 stav 1 tačka 8 ZJN i člana 126 st. 7 i 8 Zakona o upravnom postupku, kako bi naručilac otklonio nepravilnosti na koje mu je ukazano, a što je dužan da učini shodno članu 192 stav 3 ZJN.

Budući da je žalba usvojena, Komisija za zaštitu prava će žaliocu vratiti sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje žalbenog postupka u iznosu od 543,00 eura, shodno članu 188 stav 5 ZJN.

Na osnovu izloženog, a primjenom člana 192 stav 1 tačka 8 ZJN i člana 126 st. 7 i 8 Zakona o upravnom postupku, Komisija za zaštitu prava je odlučila kao u dispozitivu rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava.

Danom objavljivanja ovog rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava, smatra se da je rješenje uredno dostavljeno strankama u postupku, shodno članu 193 stav 4 ZJN.

Predsjednik vijeća,
Marina Mitrović



Dostavna naredba:

- objaviti rješenje na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava u roku od tri dana od dana donošenja rješenja,
- dostaviti u a/a.